

ฐานข้อมูลความเป็นพิษต่อเซลล์ของตัวอย่างเครื่องมือแพทย์ชนิดต่าง ๆ ที่ผ่านการฉายรังสีปลอดเชื้อ

ตัวอย่าง	โหมดการฉายรังสีปลอดเชื้อ	ปริมาณรังสี (kGy)	% Cell Viability
สกรู	รังสีอิเล็กตรอน	25 kGy	> 80%
	รังสีอิเล็กตรอน	50 kGy	> 70%
ถ้วยพลาสติก	รังสีแกมมา	25 kGy	> 80%
	รังสีแกมมา	50 kGy	> 80%
โลหะสำหรับใช้ยึดกระดูกข้อเข่า	รังสีแกมมา	25 kGy	> 90%
	รังสีแกมมา	50 kGy	> 90%
กล่องพลาสติก	รังสีอิเล็กตรอน	25 kGy	> 80%
	รังสีอิเล็กตรอน	50 kGy	> 80%